







Fiche technique REF 66.02.01

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Référence | 66.02.01 | Hartmann Spéculum nasal15cm Fig 1 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35350 | GTIN | 04046826109813 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-664 |
| Classification | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Poids (kg) | 0,080 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | |  | |
| Dimensions | 15cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale Vis | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |