



Scheda tecnica REF 45.30.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	45.30.18	impugnatura sottile con batteria induttiva con lampada allo xeno	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826534400
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Classe	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	453.11.01 (Laringoscopi a fibra ottica Opuscolo) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema di divaricazione addominale Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		